

入札件名 物品第14号 自動体外式除細動器(AED)購入

質疑応答書

| 番号 | 図面番号 | 質疑事項 | 回答事項 |
|----|--------------|--|---------------------------------|
| 1 | 仕様書 同等品申請 | フィリップス社製のハートスタートFRx+eは、ガイドライン2015以上であり、以前の購入時に同等機として認めていただきました。 ご承認頂けますでしょうか。 | 承認いたします。 |
| 2 | 仕様書 納期 | 半導体不足の影響で納期が遅れた場合、同期の代替を用意し、後に入替を行うことでよろしいでしょうか。 | 状況により協議となりますが、納入期限内の納品に努めてください。 |