


装置配置図

令和7年度	医療機器等（全身用X線CT装置）購入
物品番号	第23号
納入場所	おいらせ町上明堂1-1 （おいらせ病院内）
図面番号	2 葉中 1
青森県 おいらせ町	



装置名称表【撮影室】				
No	名称	質量	W	x D x H
Aquilion Lightning Helios-i/Helios (TSX-036A/DW, DW HE) +左右動ユニット 高出力				
1	スキャナ本体	1450 kg	2,050	x 960 x 1,910
2	長寝台 (CBTB-032A) (左右動ユニット)	880 kg	660	x 2,890 x 558
3	コンソールドesk※ (デスクはオプション)		1,400	x 750 x 800
3a	サテライトナビボックス (ST NAVI)	12 kg	200	x 310 x 350
4	CON BOX	255 kg	590	x 955 x 1,362
5	パワーディストリビューター (CETF-016A) (アンカ固定器具含)	479 kg	866	x 695 x 975
6	スピーカー	2 kg	140	x 135 x 200
7a	患者モニタカメラ※		x	x
7b	患者モニタ※	3.5 kg	502	x 200 x 360
9a	天井吊インジェクタ (オプション：根本杏林堂)	約40 kg	x	x
9b	インジェクタコンソール※	6.5 kg	302	x 180 x 282

コンソールの寸法は、デスクのみの寸法です。
※印はオプションです。
この図面は参考資料です。

