

令和 7 年度

物品番号 第 24 号

医療機器等（特殊浴槽）購入

仕様書

納入場所 おいらせ町 上明堂 1-1 地内

（おいらせ病院内）

おいらせ町

医療機器等（特殊浴槽）購入仕様書

1. 適用範囲

本仕様書は、おいらせ病院（おいらせ町）が購入する医療機器等（特殊浴槽）（以下、「医療機器等」という。）に適用する。

2. 目的

医療機器等を更新するため。

3. 種類

下記仕様のとおり。

4. 規格

下記仕様のとおり。

5. 購入数量

医療機器等 1 式

6. 納入場所

おいらせ町上明堂 1-1（おいらせ病院内）

7. 納入条件

貴社手配の運送により、指定場所へ運搬取卸し設置まで行うこと。

8. その他

- ・納入日時は、担当者と協議し決定すること。
（通常業務へ影響を最小限に抑えた日程とすること。）
- ・機器の搬入時は、担当職員の支持に従い安全に配慮し行うこと。
- ・機器が通常使用できるまでの費用は貴社負担とすること。
- ・機器が正常に稼働することを確認し、機器の操作説明を行うこと。
- ・機器導入に係る公官庁等への届け出等に協力すること。
- ・導入 1 年以内の故障等は無償とし、速やかに修復対応すること。
- ・現行機器の撤去・回収・廃棄等も行うこと。
- ・納入時に発生する養生材、梱包材等は持ち帰ること。
- ・その他仕様書に記載されていない事項等が発生した場合は担当者と協議の上決定すること。

【種類・規格】

項 目	内 容
製 品	<p>■特殊浴槽</p> <p>□型式：マリンコートリモ（SB7000RC）（株アmano製）</p> <p>□数量：1 式</p>
機 器 構 成	<p>■本体（薬液タイプ）※カラー：クリーミーオレンジ</p> <p>■フラット担架（SB7300N）</p> <p>■水受け付き電動ストレッチャー（SB7550N）</p>
機 能 仕 様	<p>■本体</p> <p>□外形寸法が 2280 (L) mm×978 (W) mm×1005 (H) mm 以内であること。</p> <p>□浴槽内寸法が 1975 (L) mm×808 (W) mm×517 (H) mm 以内であること。</p> <p>□質量は 400kg 以下であること。</p> <p>□電源は三相 200V/15A であること。</p> <p>□電源入力は 0.76kVA であること。</p> <p>□消費電力は 470W 以内であること。</p> <p>□昇降装置は、電動油圧式であること。</p> <p>□昇降時間は、上昇・下降ともに 12 秒以内であること。</p> <p>□給湯・給水の配管の口径は 20A 各 1 本に対応できること。</p> <p>※元口径 13A（変換機により 20A）の水圧で稼働するものとする。給水・給湯 20A に耐えうるものであること。</p> <p>□浴槽容量は、500L 以上（オーバーフローまで）であること。</p> <p>□気泡発生装置は、内臓の気泡ボタン式であること。</p> <p>□殺菌装置は、内臓の次亜塩素酸ナトリウム注入式であること。</p> <p>□給湯ミキシング、シャワーミキシング機能を有し、ハンドシャワーは 4 基搭載していること。</p> <p>□温度表示は、デジタル表示であること。</p> <p>（お風呂、湯はり、たし湯、シャワー）</p> <p>□漏電ブレーカーを内蔵していること。</p> <p>□情報表示画面を有すること。</p> <p>□その他以下の機能を有すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入浴経過時間表示 ・音声アナウンス ・昇降メロディ ・自動給湯機能 ・温度管理システム

	<ul style="list-style-type: none"> ・ストレッチャードッキング確認表示 ・担架中央確認機能 浴槽ダブルアクション機能 ・浴槽降下端確認表示 ・担架脱落防止機能（オーバーラン防止） ・停電時下降機能 ・薬液交換表示機能 <p>■フラット担架</p> <p>□外形寸法は、1900（L）mm×650（W）mm×451（H）mm 以内であること。（マット幅は 580mm 以内であること）</p> <p>□質量は 43kg 以内であること。</p> <p>□最大積載量は 100kg 以上あること。</p> <p>□リクライニングは背部を自動で 20 度、手動で 0 度・30 度・40 度に調整できること。</p> <p>□その他以下の機能を有すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全手すり ・安全ベルト ・ベルトパット ・サイドフェンス ・担架脱落防止機構 ・脱着スライド調整式枕 ・脱着式担架板（腰部・座部・脚部） <p>■水受け付き電動ストレッチャー</p> <p>□外形寸法は 2090（L）mm×743（W）×800（H）mm 以下であること。</p> <p>□質量は 82kg 以下であること。</p> <p>□最大積載量は担架の質量+100kg 以上であること。</p> <p>□電源は、DC24V、2.5Ah のバッテリー仕様であること。</p> <p>□昇降装置には、電動アクチュエータを搭載していること。</p> <p>□昇降時間は、上昇で 16 秒以内、下降で 12 秒以内であること（積載量が担架+70kg の時）</p> <p>□昇降回数は、バッテリー1 回あたりの充電で 70 回以上（積載量が担架+70kg の時で、4 分間隔で昇降）であること。</p> <p>□バッテリーの充電時間は、新品で 3 時間以内にフル充電が可能であること。</p> <p>□キャスターの直径は 150mm 以内であること。</p> <p>□その他以下の機能・機構を有すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・トータルロック機構 ・リモコン（有線式） ・非常時上昇レバー ・バッテリーパック ・充電器
--	--

	<ul style="list-style-type: none">・ AC アダプター・ 担架脱落防止機構（完全連結スライド）・ 上昇端スライド機構・ 排水ホール（頭側・脚側）・ 担架中央確認昇降機能・ 担架中央確認音声アナウンス・ 上昇端メロディー機能・ バッテリー残量表示・ バッテリー残量音声アナウンス
--	---